

MAINTENANCE:

Remove the stays before washing.



ATTENTION!



Not observing the rules of personal hygiene and washing the product with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other discomfort related to perspiration and spread of bacteria. Please do not use the product together with warming ointment or gel. After washing, rinse the product carefully - residue detergent left in the product may cause skin vexation and damage of the orthosis fabric.

THE FINAL DECISION CONCERNING THE APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A CONSULTANT.

Instrukcja używania Instructions for use

MOTIVE

ORTEZA STAWU KOLANOWEGO OTWARTA / OPEN KNEE BRACE

Numer katalogowy / Catalogue Number:	DRQI0C
Basic UDI-DI:	59017804DRQI0CM2



Producent / Manufacturer:

Mdh sp. z o.o.,
Ul. W. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Wydanie 11.05.2021
Edition 11.05.2021

Qmed®



INSTRUKCJA UŻYWANIA

MOTIVE - Orteza stawu kolanowego otwarta

Motive jest ortezą tzw. typu otwartego o szerokim zastosowaniu terapeutycznym. Wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów i dysfunkcji stawu kolanowego i jego okolicy, w stanach nie wymagających opatrunku gipsowego lub w okresie doleczenia po zdjęciu unieruchomienia stałego.

WSKAZANIA:

- Podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego,
- Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego,
- Stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie),
- Urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

PRZECIWWSKAZANIA:

- Stany wymagające unieruchomienia gipsowego,
- Trudno gojące się rany i owrzodzenia,
- Znaczne deformacje kości (niemożność dostosowania ortozy do stawu),
- Żyłki kończyny dolnej.

OPIS PRODUKTU:

Produkt jest typem ortozy otwartej. Tutor został wykonany z nowoczesnej dzianiny dystansowej Air-X, elastycznej i oddychającej, posiada wcięcie na rzepkę wykończone lamówką i zamknięty dół podkolanowy. Boczną stabilizację stawu zapewniają stalki z policentrycznymi zegarami umieszczone w zamkniętych tunelach, ale częściowo odkrytych w miejscu zegara, co zapobiega marszczeniu się ortozy. Stalki zapobiegają przed niekontrolowanym przeprostem w stawie kolanowym. Dodatkową stabilizację zapewnia system poprzecznych pasków dociągowych. Pasy są zapinane o przeciwnym kierunku przebiegu w części górnej (udowej) i dolnej (goleniowej).

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA:

1. Rozpiąć ortezę.
2. Założyć na kończynę dolną, zaczynając od tylnej powierzchni tak, aby dopasować wypełnienie dołu podkolanowego.
3. Zapiąć ortezę na rzepy na przedniej powierzchni kończyny dolnej z uwzględnieniem wcięcia na rzepkę.
4. Naciągnąć i zapiąć poprzeczne paski dociągowe w części górnej, następnie dolnej ortozy i dostosować siłę docisku do własnych potrzeb.

Rozmiar	1	2	3	4	5
Obwód uda (cm)	36 – 39	40 – 43	44 – 48	49 – 54	55 - 50

KONSERWACJA:

Przed praniem wyjąć stalki.



UWAGA!



Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortozy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

INSTRUCTIONS FOR USE

MOTIVE - Open knee brace

Motive is a wrap-around brace of multifunctional, therapeutic use. It effectively supports treatment and rehabilitation for injuries and dysfunctions around the knee joint, in cases not requiring immobilisation.

INDICATIONS:

- Repetitive, subacute pain related to strain injury and micro-injury of muscles and ligaments,
- Gonarthrosis and knee joint instability,
- Stabilization after injury during the final phase of functional treatment,
- Injury and dysfunction which do not require knee,
- Immobilization (lateral ligament injuries).

CONTRAINDICATIONS:

- Conditions which require cast immobilization,
- Long-healing wounds and ulcers,
- Significant bone deformations (brace cannot be adjusted to the joint),
- Lower extremity varicose vein.

PRODUCT DESCRIPTION:

It is made of advanced, breathable Air-X knitted multidirectional elastic fabric, the orthosis ensures suitable comfort of use. Equipped with patellar opening and covered popliteal fossa. Polycentric hinges with stays provide lateral stabilisation. Additional, vertical straps improve stabilization.

PRODUCT ADJUSTMENT:

1. Unfasten the brace.
2. Put it on the lower limb, so as to place the patella in the contoured orifice.
3. Fasten The straps. Tighten the straps adjusting the stabilizing force to individual needs.
4. Remove the stays before washing.

Size	1	2	3	4	5
Thigh circumference (cm)	36 – 39	40 – 43	44 – 48	49 – 54	55 - 50